

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

(treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, znak sprawy AI 261-02/JA/16 w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu w dniach 28 listopada 2016 r., wpłynęły następujące zapytania:

[Dotyczy pozycji LP 41 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 9 Zamówienia\)](#)

1. Czy zamawiający dopuści podnośnik wyposażony w 4 koła w tym 2 koła z hamulcem?

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 41 która otrzymuje następujące brzmienie (modyfikację zaznaczono kolorem żółtym):

LP		41	
Nazwa		Podnośnik transportowy – kąpielowy elektryczny	
Zamawiana ilość		1 szt.	
Lp.	Parametr	Wymagany parametr	UWAGI
1.	Przeznaczenie	Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów	
2.	Możliwość sterowania pilotem	TAK	
3.	Możliwość regulacji rozstawu ramy	TAK	

4.	Koła podnośnika wyposażone w hamulce	TAK - przynajmniej 2 koła wyposażone w hamulce	
5.	Przycisk awaryjny stop	TAK	
6.	Możliwość awaryjnego opuszczania w dół	TAK – opuszczanie ręczne	
7.	Maksymalny udźwig	min. 150 kg	
8.	Możliwość podnoszenia pacjenta z łóżka	TAK	
9.	Możliwość podnoszenia pacjenta z wózka	TAK	
10.	Możliwość podnoszenia pacjenta z pozycji podłogi	TAK	
11	Siedzisko transportowo kąpielowe w zestawie	TAK	

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia podnośnika wyposażonego w 4 koła w tym 2 koła z hamulcem

[Dotyczy pozycji LP 141 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 33 Zamówienia\)](#)

1. Czy zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu podudzia?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 która otrzymuje następujące brzmienie (modyfikację zaznaczono kolorem żółtym):

LP	141		
Nazwa	Łóżko rehabilitacyjne		
Zamawiana ilość	4 szt.		
Lp.	Parametr	Wymagany parametr	UWAGI
1.	Przeznaczenie	Do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób	
2.	Leże czterosegmentowe	TAK – w tym min. 3 segmenty ruchome	
3.	Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego	TAK – pilot przewodowy	

4.	Regulacja segmentów za pomocą siłownika elektrycznego	TAK – pilot przewodowy	
5.	Ręczna regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym lub automatyczna za pomocą funkcji autokontur albo za pomocą siłownika elektrycznego	TAK	
6.	Szczyty łóżka wypełnione płytą laminowaną lub tworzywem sztucznym np. ABS	TAK	
7.	System jezdny	TAK - 4 koła w tym dwa z indywidualną blokadą jazdy i obrotu lub z 4 kołami blokowanymi centralnie.	
8.	Komplet poręczy bocznych	TAK	
9.	Statyw kroplówki przymocowany do łóżka	TAK	
10.	Materac przeciwoleżynowy (paro przepuszczalny) do łóżka	Tak – kompatybilny z segmentami łóżka	
11.	Uchwyt kaczki przymocowany do łóżka	TAK	
12.	Uchwyt basenu przymocowany do łóżka	TAK	
13.	Ramka do karty gorączkowej	TAK	
14.	Kaczka sanitarna z tworzywa sztucznego z rączką pasującą do w/w uchwytu	TAK	
15.	Basen sanitarny z tworzywa sztucznego z pokrywą i rączką pasujący do w/w uchwytu	TAK	
16.	Wymiary	Wymiary powinny mieścić się w następujących przedziałach: Długość: 210 – 220 cm	

		<p>Szerokość: 90- 110 cm</p> <p>Wysokość regulowana:</p> <p>- dolna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 30 -50 cm</p> <p>- górna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie 70-90cm</p>	
--	--	---	--

2. Czy zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą laminowaną lub tworzywem sztucznym np. ABS.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

3. Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko o szerokości mieszczącej się w przedziale 90- 110 cm.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o szerokości całkowitej 1030mm

4. Czy zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości blatu 320 mm?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko o minimalnej wysokości mieszczącej się w przedziale 30- 50 cm.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o minimalnej wysokości blatu 320 mm

5. Czy zamawiający dopuści łóżko, z górną granicą regulacji do 780mm?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko o maksymalnej wysokości mieszczącej się w przedziale 70- 90 cm.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka z górną granicą regulacji do 780mm

[Dotyczy pozycji LP 103 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 19 Zamówienia\)](#)

1. Czy zamawiający wyodrębni pulsoksymetr stacjonarny jako oddzielny pakiet, co pozwoli na uzyskanie lepszej ceny?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji Lp. 103 - pulsoksymetr stacjonarny z Części 19 Zamówienia.

[Dotyczy pozycji LP 107 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 21 Zamówienia\)](#)

2. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z bazą danych 400 badań oraz możliwością archiwizacji za pomocą dołączonego oprogramowania?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego zapis do min. 1000 badań (może to być min. 1000 badań zapisanych łącznie na pamięci wewnętrznej i karcie SD)

3. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym o wielkości 5,7”?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia z min. 7 calowym ekranem dotykowym

[Dotyczy pozycji LP 120 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 23 Zamówienia\)](#)

4. Czy zamawiający wyodrębni ciśnieniomierz elektryczny jako oddzielny pakiet, co pozwoli na uzyskanie lepszej ceny?

Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji Lp. 120 - ciśnieniomierz elektryczny naramienny z Części 23 Zamówienia.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, podanej w SIWZ i stanowi integralną część

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.