

# **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

## ***(treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)***

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, znak sprawy AI 261-02/JA/16 w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu w dniach 24 i 25 listopada 2016 r., wpłynęły następujące zapytania:

---

### [Dotyczy pozycji LP 44 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 10 Zamówienia\)](#)

Czy Zamawiający dopuści ofertę na m.in.

- wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może i lepsze od profili aluminiowych lakierowanych proszkowo)
- z wypełnieniem z tkaniny zmywalnej (z możliwością prania) z możliwością wyboru jednego z trzech kolorów.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 44 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia parawanu lekarskiego wykonanego z profili metalowych malowanych proszkowo lub chromowanych z wypełnieniem – zasłonka płócienna lub z innej tkaniny z możliwością prania.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia parawanu lekarskiego wykonanego z rur stalowych chromowanych z wypełnieniem z tkaniny zmywalnej

---

### [Dotyczy części nr 7,8,9,11,16,30, 33](#)

Czy dla części nr 7,8,9,11,16,30 oraz 33 Zamawiający zrezygnuje z montażu, instalacji, uruchomienie i szkolenia a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak montażu dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych kosztów), które podwyższą znacznie wartość oferty.

### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie SIWZ i rezygnacji z montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia z zakresu obsługi oraz dopuszczeniu możliwości wysyłki sprzętu (na koszt i ryzyko Wykonawcy) opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ w następujących pozycjach:

- Lp. 18, Lp.19, Lp.20 (Część 3 Zamówienia),

- Lp. 21, Lp.22, Lp.23, Lp. 24 (Część 4 Zamówienia)
  - Lp. 26, Lp. 27, Lp. 28, Lp. 29, Lp. 30, Lp. 31, Lp. 32, Lp. 33, Lp. 34, Lp. 35, Lp. 36, Lp.37 (Część 6 Zamówienia)
  - Lp. 38, Lp. 39 (Część 7 Zamówienia)
  - Lp. 40 (Część 8 Zamówienia)
  - Lp. 41 (Część 9 Zamówienia)
  - Lp. 42, Lp. 43, Lp. 44, Lp. 45, Lp. 46, Lp. 47 (Część 10 Zamówienia)
  - Lp. 48, Lp. 49 (Część 11 Zamówienia)
  - Lp. 50, Lp. 51, Lp. 52, Lp. 53 (Część 12 Zamówienia)
  - Lp. 54, Lp. 55, Lp. 56 (Część 13 Zamówienia)
  - Lp. 57, Lp. 58 (Część 14 Zamówienia)
  - Lp. 59, Lp. 60, Lp. 61, Lp. 62, Lp. 63, Lp. 64, Lp. 65 (Część 15 Zamówienia)
  - Lp. 66, Lp. 67 (Część 16 Zamówienia)
  - Lp. 109, Lp. 110, Lp. 111, Lp. 112, Lp.113, Lp. 114, Lp. 115, Lp. 116. Lp. 117, Lp. 118, Lp. 119, Lp. 120 (Część 23 Zamówienia)
  - Lp. 121 (Część 24 Zamówienia)
  - Lp. 122, Lp. 123 (Część 25 Zamówienia)
  - Lp. 124 (Część 26 Zamówienia)
  - Lp.125, Lp. 126, Lp. 127, Lp. 128 (Część 27 Zamówienia)
  - Lp. 129, Lp. 130, Lp. 131, Lp. 132 (Część 28 Zamówienia)
  - Lp. 135, Lp. 136 (Część 30 Zamówienia)
  - Lp. 137, Lp. 138 (Część 31 Zamówienia)
  - Lp. 139, Lp. 140 (Część 32 Zamówienia)
  - Lp. 141 (Część 33 Zamówienia)
- 

#### Dotyczy części nr 30

Część nr 30 kozetka lekarska 5 szt i Stanowisko do pobierania krwi 2

W arkuszu cenowym podane jest 5 szt kozetek i 2 sztuki stanowiska do pobierania krwi, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia 5 szt kozetek i 5 szt stanowisk do pobierania krwi, która wartość jest prawidłowa?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji Lp.136 nastąpiła omyłka pisarska - Zamawiający oczekuje 5 sztuk kozetek lekarskich i 2 sztuki stanowiska do pobierania krwi. Uwzględniając powyższe pytanie Zamawiający zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ uwzględniając naniesienie w/w poprawki**

---

#### Dotyczy części nr 22

Część 22 - defibrylator szkoleniowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora szkoleniowego, który posiada 6 scenariuszy szkoleniowych spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie- zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania defibrylatora szkoleniowego posiadającego 6 scenariuszy szkoleniowych. Zamawiający oczekuje dostarczenia defibrylatora szkoleniowego z min. 10 scenariuszami szkoleniowymi.**

---

#### [Dotyczy Części 24](#)

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z oświetleniem światłowodowym z żarówką ksenonową wmontowaną w rękojeść (żarówka 2,5V), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 121 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia laryngoskopu z oświetleniem tradycyjnym lub światłowodowym.**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia laryngoskopu z oświetleniem światłowodowym.**

#### [Dotyczy Części 24](#)

Czy Zamawiający uzna za wystarczające, aby dostawa asortymentu w/w zakresie (dostawa laryngoskopu) odbyła się za pomocą firmy kurierskiej i odstąpi tym samym od wymogu montażu, instalacji i uruchomienia w w/w zakresie? Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie oferowanego przez nas sprzętu i nie wymaga instalacji, a dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności zakupu jakichkolwiek zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego. Powyższe pozwoli na ograniczenie kosztów, jakie poniesie Zamawiający przy udzieleniu zamówienia w w/w zakresie.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie SIWZ i dopuszczeniu możliwości wysyłki firmą kurierską sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji: Lp. 121 (część 24 Zamówienia) oraz rezygnacji z montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu opisanego w w/w pozycji Załącznika nr 1 do SIWZ**

---

#### [Dotyczy Części 43](#)

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną wyposażoną w dwa wyświetlacze LED wskazujące odpowiednio temperaturę i czas, z możliwością odczytu i ustawienia wartości prędkości wytrząsania za pomocą pokrętła oraz z maksymalną temperaturą grzania + 100°C. Oferowana łaźnia spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 152 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łaźni wodnej wyposażonej w wyświetlacz wskazujący temperaturę rezygnując z wymogu wyświetlania prędkości wytrząsania na wyświetlaczu oraz z maksymalną temperaturą grzania min. 99,9 °C**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łaźni wodnej wyposażonej w dwa wyświetlacze LED wskazujące odpowiednio temperaturę i czas, z możliwością odczytu i ustawienia wartości prędkości wytrząsania za pomocą pokrętła oraz z maksymalną temperaturą grzania + 100°C**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ

1. **Wzór umowy, par. 5 ust. 6** - Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia, jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wyrazi zgodę na nast. modyfikację: „W przypadku opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu autoryzowanemu przez producenta urządzeniu serwisowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.” ?\

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 3 do SIWZ przez co paragraf 5 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„W przypadku opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu autoryzowanemu przez producenta urządzeniu serwisowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę”*

2. **Wzór umowy, par. 5 ust. 8** Urządzenia będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści par. 5 ust. 8 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„8. W przypadku trzykrotnego nieskutecznego usunięcia wady tego samego elementu/podzespołu urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu urządzenia na nowy wolny od wad.” ?*

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 3 do SIWZ przez co paragraf 5 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„W przypadku trzykrotnego nieskutecznego usunięcia wady tego samego elementu/podzespołu urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu urządzenia na nowy wolny od wad”.*

3. **Wzór umowy, par. 6** - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów paragrafu 6 wzoru umowy- Załącznik nr 3 do SIWZ

Dotyczy Części 21 (LP 107 Załącznika nr 1 do SIWZ)

4. Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z bazą danych umożliwiającą zapis do 300 badań w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz dodatkowych 200 badań na karcie SD?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego zapis do min. 1000 badań (może to być min. 1000 badań zapisanych łącznie na pamięci wewnętrznej i karcie SD)

5. Do punktu 10: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem o przekątnej 7 cali jednak bez możliwości sterowania za pomocą dotyku?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia z min. 7 calowym ekranem dotykowym

6. Do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG umożliwiający wydruk na papierze o szerokości 110mm?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 107 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia aparatu EKG umożliwiającego wydruk na papierze o szerokości min. 100 mm

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia aparatu EKG umożliwiającego wydruk na papierze o szerokości 110 mm**

7. Do punktu 14: Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 5/25/50 mm/s?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 107 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia aparatu EKG umożliwiającego prędkość zapisu 5 / 10/25 / 50mm/s lub 5 / 25 / 50mm/s

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia aparatu EKG umożliwiającego prędkość zapisu 5 / 25 / 50mm/s**

**[Dotyczy Części 34 \(Załącznik nr 1 do SIWZ – LP 142\)](#)**

8. Do punktu 3: Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz o mocy promiennika 360W? Mniejsza moc ogrzewacza umożliwi mniejsze zużycie prądu, natomiast jest wystarczająca do szybkiego dogrzania noworodka.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 142 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia urządzenia o mocy promiennika min. 300 W.

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia urządzenia o mocy promiennika 360 W.**

---

**[Dotyczy Części 11](#)**

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nosze do karetki, samojezdne z oparciem i wyodrębni do osobnej części? Akceptacja umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę kontrahentów, przez co wzrośnie konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie noszy do karetki z Części 11 zamówienia**

Pyt. 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podane poniżej wymiary stołu?:

- szerokość całkowita: 73 cm

- długość: 190 cm

- wysokość: 57- 78 cm

Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 48 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia stołu którego wymiary powinny się mieścić w następujących przedziałach:

Szerokość całkowita: 65 – 75 cm,

Długość całkowita: 190-210 cm

Wysokość regulowana:

Dolna granica regulacji wysokości powinna mieścić się w przedziale: 40-60 cm.

Górna granica regulacji wysokości powinna mieścić się w przedziale 75-100 cm

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia stołu o wymiarach:

- szerokość całkowita: 73 cm

- długość: 190 cm

- wysokość: 57- 78 cm

**Dotyczy Części 16**

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyodrębni z pakietu stolik przyłóżkowy? Zaoferujemy szafkę z blatem bocznym, która pełni rolę blatu do karmienia pacjenta lub spożywania posiłków, co znacznie ułatwia pracę personelu medycznego i zajmują mniej miejsca.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie stolika przyłóżkowego z Części 16 zamówienia

Pyt. 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę z ABSu? Oferowane tworzywo jest lekkie, odporne na korozję i dezynfekcję.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 66 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia szafki wykonanej z polietylenu, ABSu lub innego tworzywa sztuczne go.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szafki wykonanej z ABSu.

**Dotyczy Części 33**

Pyt. 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez ręcznej regulacji segmentu podudzia? Segment regulują się autonomicznie z segmentem uda (autokontur), co zapewnia komfort podczas użytkowania.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka z ręczną regulacją segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym lub automatyczną za pomocą funkcji autokontur.

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka bez ręcznej regulacji segmentu podudzia.**

Pyt. 4 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści oferowane wymiary łóżka:

- długość: 213 cm
- szerokość: 97 cm
- wysokość: 36- 71 cm

Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka którego wymiary będą się mieścić w następujących przedziałach:**

Długość: 210 – 220 cm

Szerokość: 90– 110 cm

Wysokość regulowana:

- dolna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 30 -50 cm
- górna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 70-90cm

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o wymiarach:**

- długość: 213 cm
  - szerokość: 97 cm
  - wysokość: 36- 71 cm
- 

#### **Dotyczy Części 12**

Czy zamawiający dopuści w poz. 1 wbudowany wzrostomierz manualny o zakresie pomiaru min. 75-200

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 50 i wymaga aby dostarczona waga była wyposażona we wzrostomierz manualny rezygnując jednocześnie z kryterium zakresu pomiaru wzrostomierza  
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wagi z wbudowanym wzrostomierzem manualnym o zakresie pomiaru 75 -200**

---

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy Części 11. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących z materacem o grubości 6cm, a nie tapicerką na stałe przytwierdzoną do leża?

Materac posiada pasy parciane, po 2 z każdej strony, do przenoszenia pacjenta – co jest dodatkowym atutem, a ponadto materac łatwiej zdezynfekować lub ewentualnie wymienić gdy ulegnie zużyciu. Materac mocowany do leża na rzepach w celu uniknięcia jego przemieszczania się na wózku.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 48 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia wózka do transportu chorych leżących wyposażonego w tapicerowane leże lub materac tapicerowany przymocowany do leża**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia stołu z materacem o grubości 6cm, a nie tapicerką na stałe przytwierdzoną do leża**

## Pytanie 2

### [Dotyczy Części 11. Pkt. 7.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących z hydrauliczną regulacją wysokości, realizowaną za pomocą dźwigni nożnej, w zakresie od 460 do 850mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na walory użytkowe sprzętu.

### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 48 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia wózka do transportu chorych leżących o wymiarach mieszczących się w następujących przedziałach:

Szerokość całkowita: 65 – 75 cm

Długość całkowita: 190-210 cm

Wysokość regulowana:

Dolna granica regulacji wysokości powinna mieścić się w przedziale: 40-60 cm

Górna granica regulacji wysokości powinna mieścić się w przedziale 75-100 cm

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia stołu do transportu chorych leżących z hydrauliczną regulacją wysokości, realizowaną za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 460 do 850mm

## Pytanie 3

### [Dotyczy Części 33. Pkt. 6.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego szczyty wykonane są z wytrzymałego, estetycznego tworzywa ABS, z fragmentem chromowanej rury?

### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka szpitalnego ze

szczytami wypełnione płytą laminowaną lub tworzywem sztucznym np. ABS

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka wykonanego z tworzywa ABS z fragmentem chromowanej rury.

## Pytanie 4

### [Dotyczy Części 33. Pkt. 7.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego układ jezdny składa się z 4 kół, blokowanych centralnie (wszystkie równocześnie – nie trzeba biegać dookoła łóżka i blokować każdego koła z osobna).

Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego.

### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka szpitalnego z 4 kołami w tym 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu lub z 4 kołami blokowanymi centralnie.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka którego układ jezdny składa się z 4 kół, blokowanych centralnie

## Pytanie 5

### [Dotyczy Części 33. Pkt. 8.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, wyposażone w opuszczane bariery boczne, wykonane z wytrzymałego stopu aluminium?

### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**



Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka szpitalnego wyposażonego w poręczce boczne  
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka wyposażonego w opuszczane barierki boczne, wykonane z wytrzymałego stopu aluminium

**Pytanie 6**

[Dotyczy Części 33. Pkt. 11.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, nieposiadające dedykowanego uchwytu na kaczkę?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości**

**Pytanie 7**

[Dotyczy Części 33. Pkt. 12.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, nieposiadające dedykowanego uchwytu na basen?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości**

**Pytanie 8**

[Dotyczy Części 33. Pkt. 14.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, nieposiadające na wyposażeniu kaczki?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości**

**Pytanie 9**

[Dotyczy Części 33. Pkt. 15.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, nieposiadające na wyposażeniu basenu?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości**

**Pytanie 10**

[Dotyczy Części 33. Pkt. 16.](#)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o wymiarach:

- długość całkowita: 2140mm,
- szerokość całkowita: 940mm,
- regulacja wysokości: 480-730mm,

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka którego wymiary będą się mieścić w następujących przedziałach:

**Długość: 210 – 220 cm**

**Szerokość: 90– 110 cm**

**Wysokość regulowana:**

**– dolna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 30 -50 cm**

**– górna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 70-90cm**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o wymiarach:**

- długość całkowita: 2140mm,
  - szerokość całkowita: 940mm,
  - regulacja wysokości: 480-730mm,
- 

#### [Dotyczy Lp 51 załącznika nr 1 – część 12](#)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wagi z mechanicznym wzrostomierzem. Pragniemy zauważyć, że w większości szpitalach i przychodniach są wagi z mechanicznym wzrostomierzem, dlatego też dla celów szkoleniowych proponowany wzrostomierz wydaje się bardziej przydatny w pracy przyszłego personelu medycznego.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Nie zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, Zamawiający oczekuje wagi ze wzrostomierzem elektronicznym.

---

#### [Dotyczy Części 35 LP 143, Pkt 16](#)

Czy Zamawiający wymaga zestawu komputerowego współpracującego z analizatorem moczu?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Nie zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu komputerowego współpracującego z analizatorem moczu

---

#### [Dotyczy Części 12 Poz. 1 Elektroniczna waga kolumnowa](#)

1. Czy Zamawiający dopuści wagę z wzrostomierzem z zakresem pomiaru 75-200 cm?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 50 i wymaga aby dostarczona waga była wyposażona we wzrostomierz manualny rezygnując z kryterium zakresu pomiaru wzrostomierza.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wagi z wbudowanym wzrostomierzem manualnym o zakresie pomiaru 75 -200

2. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała kółka? Wmontowane kółka transportowe pozwalają na bezwysiłkowe i proste przesuwanie wagi przy np. sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Nie zamawiający nie ma wymogów co do kółek transportowych.

Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: *Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego*

właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).

3. Czy Zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła 6,9 kg?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie ma wymogów co do masy wagi**

4. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową? Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, że przy przypadkowym stąpieniu na róg wag nie wywróci się. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie wymaga opisanych powyżej rozwiązań**

**Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: *Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).***

5. Czy Zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu? Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie zamawiający nie wymaga opisanych powyżej rozwiązań**

**Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: *Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego***

właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).

#### Dotyczy Części 12 Poz. 2

Czy zamawiający wymaga trwałej konstrukcji przetestowanej do ważenia pacjentów o wadze do 300 kg wykonaną z stalowego szkieletu i podeście z szkła hartowanego?

#### Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Nie zamawiający nie wymaga opisanych powyżej rozwiązań  
Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: *Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).*

#### Dotyczy Części 12 Poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści wagę o dokładności pomiaru wagi  $5\text{ g} < 7,5\text{ kg} > 10\text{ g}$ ?

#### Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 53 i zniesieniu kryterium dokładności wagi.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wagi o dokładności pomiaru  $5\text{ g} < 7,5\text{ kg} > 10\text{ g}$

2. Czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała taką funkcję BMIF jak w opisie poniżej? Dzięki funkcji BMIF, która jest inna od funkcja TARA, jest możliwe ważenie pieluch lub podkładów, personel oddziału może monitorować ile pokarmu zjadło dziecko. Funkcja jest bardzo praktyczna i prosta w użyciu bez dodatkowego przeliczania wartości.

#### Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Nie zamawiający nie wymaga opisanych powyżej rozwiązania

3. Czy Zamawiający mając na uwadze badania antropometryczne (waga i wzrost) wymaga aby waga posiadała wbudowany wzrostomierz w zakresie od 0-80 cm razem z ogranicznikiem na stopy?

#### Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:

Nie zamawiający nie wymaga opisanych powyżej rozwiązania  
Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: *Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też*

*przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).*

---

**[Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ](#)**

Czy można prosić o przesłanie załącznika nr 1 do przetargu na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo w formie edytowalnej (np. WORD)?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Tak – zamawiający w dniu 28 listopada 2016r. umieszcza na stronie internetowej Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji w formie edytowalnej.

---

**[Dotyczy Lp. 141 Załącznika nr 1 do SIWZ](#)**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnymi i wypełnionymi płytą laminowaną. Pragniemy nadmienić, że stal nierdzewna jest odporniejsza na uderzenia, środki myjące i dezynfekcyjne a tym samym trwalsza.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka ze szczytami wypełnione płytą laminowaną lub tworzywem sztucznym np. ABS

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej i wypełnionymi płytą laminowaną.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z barierkami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Pragniemy nadmienić, że stal nierdzewna jest odporniejsza na uderzenia, środki myjące i dezynfekcyjne a tym samym trwalsza.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka szpitalnego wyposażonego w poręcze boczne

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka wyposażonego w barierki wykonane ze stali nierdzewnej

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka o szerokości 96 cm

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia łóżka którego wymiary będą się mieścić w następujących przedziałach:

Długość: 210 – 220 cm

Szerokość: 90- 110 cm

Wysokość regulowana:

- dolna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 30 -50 cm

- górna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 70-90cm

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o szerokości 96 cm

---

**Dotyczy: Część 16, lp. 66 – Szafka przyłóżkowa oraz lp. 67 – Stolik przyłóżkowy do szafki przyłóżkowej**

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia montażu (instalacji) w zakresie oferowanych szafek/stolików. Zamawiający otrzymuje szafki/stoliki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności montażowe nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi szafek i stolików. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponadto w przypadku sprzętu jakim są oferowane szafki/stoliki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie SIWZ i rezygnuje z montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji: Lp. 66, Lp. 67 (część 16 Zamówienia),

2. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów w okresie udzielonej gwarancji, z uwagi na fakt iż producent szafek/stolików nie wymaga przeprowadzania takowych. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie SIWZ i rezygnuje z konieczności przeprowadzania przeglądów w okresie udzielonej gwarancji dla sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji: Lp. 66, Lp. 67 (część 16 Zamówienia),

---

**Dotyczy pozycji 42 w Zał. nr 1 do SIWZ**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej z pokrywą lakierowaną proszkowo na kolor RAL 5012 (niebieski)?

Proponowany parametr jest lepszy, bowiem warstwa chrominiklowa z czasem będzie ulegać ścieraniu, zaś pokrywy z tworzywa ABS są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne (pęknięcie) aniżeli pokrywy ze stali kwasoodpornej.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 42 i dopuszcza możliwość dostarczenia wózka którego stelaż i obręcz do worków będą wykonane ze stali chromowanej lub stali kwasoodpornej, pokrywa z tworzywa ABS lub stali kwasoodpornej zaś podstawa ze stali przykrytej tworzywem ABS lub ze stali kwasoodpornej.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wózka wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej z pokrywą lakierowaną proszkowo na kolor RAL 5012

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie pojemności worków: 60-80 litrów czy 100-120 litrów?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 42 i określa wielkość worków na 100-120 litrów.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby stelaż był wyposażony w mechanizm cichego opadania pokrywy? Proponowane rozwiązanie zarówno chroni klapę przedłużając jej żywotność, jak i podnosi komfort pracy personelu.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma określonych wymagań co do mechanizmu opadania pokrywy

**Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: *Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).***

**[Dotyczy pozycji nr 47 w Zał. nr 1 do SIWZ](#)**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej z pokrywą lakierowaną proszkowo na kolor RAL 5012 (niebieski)?

Proponowany parametr jest lepszy, bowiem warstwa chrominiklowa z czasem będzie ulegać ścieraniu, zaś pokrywy z tworzywa ABS są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne (pękanie) aniżeli pokrywy ze stali kwasoodpornej.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 42 i dopuszcza możliwość dostarczenia wózka którego stelaż i obręcz do worków będą wykonane ze stali chromowanej lub stali kwasoodpornej, pokrywa z tworzywa ABS lub stali kwasoodpornej zaś podstawa ze stali przykrytej tworzywem ABS lub ze stali kwasoodpornej.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wózka wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej z pokrywą lakierowaną proszkowo na kolor RAL 5012

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie pojemności worków: 60-80 litrów czy 100-120 litrów?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 47 i określa wielkość worków na 100-120 litrów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby stelaż był wyposażony w mechanizm cichego opadania pokrywy? Proponowane rozwiązanie zarówno chroni klapę przedłużając jej żywotność, jak i podnosi komfort pracy personelu.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma określonych wymagań co do mechanizmu opadania pokrywy

*Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).*

[Dotyczy pozycji nr 43 w Zał. nr 1 do SIWZ](#)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z półkami ze stali kwasoodpornej? Stal kwasoodporna jest bardziej wytrzymała więc jest to parametr lepszy.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 43 i dopuszcza możliwość dostarczenia stolika zabiegowego z półkami wykonanymi ze szkła lub z półkami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wózka z półkami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

[Dotyczy pozycji nr 55 w Zał. nr 1 do SIWZ](#)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o wymiarach:

Wymiary zew.:

Długość – 735 mm

Szerokość – 480 mm

Regulacja wysokości – 850 – 1050 mm

Z podstawką z tworzywa ABS pełniącego funkcje odbojów?



**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 55 i dopuszcza możliwość dostarczenia łóżeczka noworodkowego o wymiarach mieszczących się w następujących zakresach:

Długość: 70-100 cm

Szerokość: 45-60 cm

Wysokość regulowana:

Dolna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 60 -90cm

Górna granica regulacji powinna mieścić się w zakresie: 90-110cm

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżeczka o wymiarach:

Długość – 735 mm

Szerokość – 480 mm

Regulacja wysokości – 850 – 1050 mm

**Dotyczy Pozycji nr 54 i 55 w Zał. nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający poprzez „kolor srebrny” rozumie odcienie szarości dostępne w palecie RAL np. jasny szary RAL 7045, RAL 7035 i inne?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

TAK Zamawiający poprzez „kolor srebrny” rozumie jasny szary RAL 7035

**Pytanie do Części 13**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z części 13 poz. Nr 54 i 55 tworząc z nich odrębny pakiet?

Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie Wykonawców co korzystnie wpłynie na cenę

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

NIE zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 13 poz. Nr 54 i 55

**Dotyczy części 1 Zamówienia**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby ramy drzwi przeszklonych były wykonane z aluminium?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Nie zamawiający nie wymaga aby ramy drzwi przeszklonych były wykonane z aluminium, Zamawiający oczekuje ramy drzwi przeszklonych wykonanych z płyty meblowej obustronnie laminowanej

**Pytanie nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy kolor RAL 5012 dotyczy koloru profili aluminiowych? Kolorystyka RAL odnosi się do elementów lakierowanych, zaś w specyfikacji technicznej jest podana jako kolor szafki. Prosimy o podanie odpowiednika z koloru płyt.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że kolor RAL 5012 dotyczy koloru płyt meblowych. Ponieważ różni producenci mają różne wzorniki kolorów płyt laminowanych dlatego należy dobrać kolor płyt najbardziej zbliżony do koloru RAL 5012.

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 1, LP2, LP3, LP 4, LP5, LP6, LP7, LP8, LP9, LP 10, LP 11 (Część 1 Zamówienia) i określa kolor płyt meblowych jako niebieski zbliżony do koloru RAL 5012 zaś kolor profili aluminiowych jako naturalny.

#### **Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści meble z uchwytami do otwierania z anodowanego aluminium? Jest to parametr równoważny, bowiem aluminium nie ulega procesom korozji. Dodatkowo uchwyty mogą być lakierowane proszkowo.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 1, LP2, LP3, LP 4, LP5, LP6, LP7, LP8, LP9, LP 10, LP 11 (Część 1 Zamówienia) i dopuszcza dostarczenie szaf z uchwytami do otwierania wykonanymi ze stali nierdzewnej polerowanej lub anodowanego aluminium.**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szaf z uchwytami do otwierania wykonanymi z anodowanego aluminium .**

#### **Pytanie nr 4**

W specyfikacji technicznej jest informacja, że plecy szaf mają być wykonane z płyty HDF. Dobór kolorystyczny płyty HDF z płyta laminowaną nie będzie dokładnym odwzorowaniem obu kolorów, plecy szafki ponadto stanowią element konstrukcji mebli. Czy zatem Zamawiający dopuści plecy szaf wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 1, LP2, LP3, LP5, LP6, LP7, LP8, LP9, LP 11 (Część 1 Zamówienia) i dopuszcza dostarczenie szaf z plecami wykonanymi z płyty HDF o grubości min. 2,5 mm w kolorze mebla, lub płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm w kolorze mebla**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szaf z plecami wykonanymi z płyty meblowej obustronnie laminowanej**

### **[Dotyczy części 2 Zamówienia](#)**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy kolor RAL 5012 dotyczy koloru profili aluminiowych? Kolorystyka RAL odnosi się do elementów lakierowanych, zaś w specyfikacji technicznej jest podana jako kolor szafki. Prosimy o podanie odpowiednika z koloru płyt.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że kolor RAL 5012 dotyczy koloru płyt meblowych. Ponieważ różni producenci mają różne wzorniki kolorów płyt laminowanych dlatego należy dobrać kolor płyt najbardziej zbliżony do koloru RAL 5012.**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 12, LP 13, LP 14, LP 15, LP 16, LP 17 (Część druga zamówienia) i określa kolor płyt meblowych jako niebieski zbliżony do koloru RAL 5012 zaś kolor profili aluminiowych jako naturalny.**

#### **Pytanie nr 2**

W specyfikacji technicznej jest informacja, że plecy szaf mają być wykonane z płyty HDF. Dobór kolorystyczny płyty HDF z płyta laminowaną nie będzie dokładnym odwzorowaniem obu kolorów, plecy szafki ponadto stanowią element konstrukcji mebli. Czy zatem Zamawiający dopuści lub czy Zamawiający wymaga, aby plecy szaf były wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 13, LP 16, LP 17 (Część druga zamówienia i dopuszcza dostarczenie szaf z plecami wykonanymi z płyty HDF o grubości min. 2,5 mm w kolorze mebla, lub płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm w kolorze mebla  
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szaf z plecami wykonanymi z płyty meblowej obustronnie laminowanej

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem z laminatu poliestrowo – szklanego bez listew przyblatowych? Moduły kąpielowe posiadają z tyłu podwyższoną bandę zabezpieczającą, natomiast moduły zabiegowe posiadają blat z przegłębieniem.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji LP 12, LP 14, LP 15, LP 16, LP 17 (Część druga zamówienia) i rezygnuje z kryterium dostarczania listwy przyblatowej.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szaf bez listew przyblatowych.

---

### **Dotyczy części nr 12**

Czy Zamawiający rezygnuje z instalacji, uruchomienia i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie SIWZ i dopuszczeniu możliwości wysyłki firmą kurierską (na koszt i ryzyko Wykonawcy) sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji: Lp. 50, Lp. 51, Lp. 52, Lp. 53 (część 12 Zamówienia).

Waga noworodkowa:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Dokładność odczytu:  $5\text{ g} < 10\text{ kg} > 10\text{ g}$  ?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 53 i zniesieniu kryterium dokładności wagi.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wagi o dokładności pomiaru  $5\text{ g} < 7,5\text{ kg} > 10\text{ g}$

Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Zakres pomiaru: 120 - 200 cm

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 51 i wymaga aby dostarczona waga była wyposażona we wzrostomierz manualny rezygnując z kryterium zakresu pomiaru wzrostomierza.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wagi z wbudowanym wzrostomierzem elektronicznym o zakresie pomiaru 120 -200

---

[Dotyczy pozycji LP 25 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 5 Zamówienia\)](#)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o wysokości 1240 mm (nie licząc nóżek)

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie Zamawiający nie dopuści do zaoferowania myjni o w/w wysokości. Wymiar ten jest istotny dla Zamawiającego z punktu widzenia specyfiki miejsca montażu**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o głębokości 600 mm

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 25 i wymaga aby głębokość dostarczonej myjni mieściła się w następującym przedziale: głębokość: 50-60 cm. Pozostałe wymiary nie ulegają zmianie ponieważ są istotne dla Zamawiającego z punktu widzenia specyfiki miejsca montażu. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia myjni o głębokości 60 cm.**

3. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie stojącą, gdzie nóżki osłonięte są maskownicami.

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**TAK – Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

---

[Dotyczy Części 1 i 2 Zamówienia](#)

Czy zamawiający opisując kolor RAL miał na myśli kolor płyty zbliżony do odcienia określonego koloru RAL, czy wymaga lakierowania w kolorze RAL?

Lakierowanie jest opcją dużo droższą, która znacznie podwyższy koszt oferty i nie stosuje się lakierowania blatów (dotyczy RAL 7045), szczególnie w jednostkach Publicznych gdzie blaty są wysoko eksploatowane.

**Zamawiający nie wymaga lakierowania płyt w podanym kolorze RAL. Zamawiający informuje, że kolor RAL dotyczy koloru płyt meblowych i blatów. Ponieważ różni producenci mają różne wzorniki kolorów płyt laminowanych i blatów dlatego należy dobrać kolor płyt i blatów najbardziej zbliżony do podanych w Załączniku nr 1 do SIWZ kolorów RAL.**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycjach LP 1, LP2, LP3, LP 4, LP5, LP6, LP7, LP8, LP9, LP 10, LP 11 (Część 1 Zamówienia) oraz w pozycjach LP 12, LP 13, LP 14, LP 15, LP 16, LP 17 (Część druga zamówienia) i określa kolor płyt meblowych jako niebieski zbliżony do koloru RAL 5012 zaś kolor blatów w pozycjach LP 4, LP6, LP7, LP 11 (Część 1 Zamówienia) jako jasny szary zbliżony do RAL 7045.**

---

[Dotyczy pozycji LP 66 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 16 Zamówienia\)](#)

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej wykonanej z polietylenu, z blatem z laminatu, spełniającej pozostałe wymagane parametry.

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 66 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia szafki wykonanej z polietylenu, ABSu lub innego tworzywa sztucznego z blatem z płyty laminowanej lub z tworzywa sztucznego.**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szafki wykonanej z polietylenu, z blatem z laminatu.**

[Dotyczy pozycji LP 67 Załącznika nr 1 do SIWZ \(Część 16 Zamówienia\)](#)

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika przyłóżkowego wykonanego ze stali malowanej proszkowo, z blatem z laminatu, wyposażony w pojemnik na kosmetyki wysuwany spod blatu z tworzywa sztucznego, stół spełniający pozostałe wymagane parametry.

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 67 i dopuszczeniu możliwości dostarczenia stolika o konstrukcji ze stali i/lub polietylenu, ABS lub innego tworzywa sztucznego, blat z płyty laminowanej lub tworzywa sztucznego.**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia stolika wykonanego ze stali malowanej proszkowo, z blatem z laminatu.**

---

***Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej  
Zamawiającego, podanej w SIWZ  
i stanowi integralną część  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.***