

## **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

(treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, znak sprawy AI 261-03/JA/16 w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu w dniach 23 - 27 grudnia 2016 r., wpłynęły następujące zapytania:

1) **Dotyczy części nr 35 LP. 143**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie czytnika pasków do komputera za pomocą kabla RS232? Złącze RS232 jest powszechnie stosowane w komunikacji analizatorów medycznych z zewnętrzną siecią informatyczną i zewnętrznym komputerem

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający oczekuje urządzenia z możliwością podłączenia do komputera za pomocą kabla USB w celu przenoszenia danych

2) **Dotyczy części nr 12 Lp. 53**

Czy Zamawiający dopuści w wadze do ważenia noworodków i niemowlaki długość szalki 500 mm przy zachowanej podanej szerokości? Parametr nieznacznie tylko odbiegający od wymaganego.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 53 i dopuszczeniu wagi do ważenia noworodków i niemowląt której wymiary szalki będą się mieścić w następujących przedziałach:**

**Szerokość: 25-45 cm**

**Długość: 50 -65 cm**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza w wadze do ważenia noworodków i niemowlaków długość szalki 500 mm**

3) **Dotyczy części nr 18 LP. 97**

Prosimy o dopuszczenie nowoczesnego fantomu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej współpracującego z komputerem, tabletem, smartfonem, wyposażonego w Interfejs LAN, WLAN (co nie wymaga instalacji sterowników USB), wyposażonego w moduł zarządzania manekinem obsługiwanym poprzez przeglądarkę stron internetowych (co nie wymaga instalacji oprogramowania), spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 97 i dopuszczeniu manekina do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji –cała postać –osoba dorosła wyposażonego w Interfejs USB, WLAN lub Interfejs LAN, WLAN z możliwością analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez program komputerowy instalowany na komputerze lub przez przeglądarkę internetową bez potrzeby instalacji oprogramowania.**

**W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia nowoczesnego fantomu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej współpracującego z komputerem, tabletem, smartfonem, wyposażonego w Interfejs LAN, WLAN (co nie wymaga instalacji sterowników USB), wyposażonego w moduł zarządzania manekinem obsługiwanym poprzez przeglądarkę stron internetowych (co nie wymaga instalacji oprogramowania), spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia.**

4) **Dotyczy części nr 18 LP. 97**

Prosimy o wydzielenie pozycji 97 do nowego pakietu, co umożliwi złożenie oferty na fantom osoby dorosłej importerom/dystrybutorom nie posiadającym w ofercie innych pozycji z pakietu 18.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie manekina do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji –cała postać –osoba dorosła z Części 18 zamówienia.**

5) **Dotyczy części nr 7 LP. 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka inwalidzkiego posiadającego koła tylne 24" - spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 39 i dopuścić wózek inwalidzki o średnicy kół tylnych mieszczących się w zakresie 22-24 cala.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka inwalidzkiego posiadającego koła tylne 24"

6) **Dotyczy części nr 23 LP. 109**

Czy Zamawiający dopuści stroik aluminiowy o częstotliwości 256 Hz?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający oczekuje urządzenia wykonanego ze stali nierdzewnej.

7) **Dotyczy części nr 23 LP. 110**

Czy Zamawiający będzie wymagał otoskopu kieszonkowego z oświetleniem LED i ruchomą 3-krotnie powiększającą lupa uchylną? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego ponieważ nie mamy żarówki w torze wizyjnym dzięki czemu możemy wprowadzić np. pętle do usuwania woszczyzny. Dużo korzystniejsze pod względem ekonomicznym jest oświetlenie LED.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 110 i dopuścić otoskop kieszonkowy z oświetleniem standardowym lub oświetleniem LED.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania otoskopu kieszonkowego z oświetleniem LED.

8) **Dotyczy części nr 23 LP. 112**

Czy Zamawiający dopuści aluminiową latarkę bez możliwości sterylizacji?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający oczekuje latarki laryngologicznej wykonanej z aluminium odpornej na sterylizację

9) **Dotyczy części nr 23 LP. 112**

Czy Zamawiający dopuści latarkę gdzie źródłem światła jest dioda LED o ciepłej barwie? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 112i dopuścić latarkę laryngologiczną z standardowym źródłem światła lub źródłem światła LED.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania latarki gdzie źródłem światła jest dioda LED o ciepłej barwie

10) **Dotyczy części nr 23 LP. 115**

Czy Zamawiający dopuści lusterko o długości trzonka do 13 cm?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 115 i dopuścić lusterko laryngologiczne o długości trzonka do 15cm.

W związku z powyższym Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne o długości trzonka do 13 cm

11) **Dotyczy części nr 23 LP. 118**

Czy Zamawiający dopuści młotek Taylor o dł. rączki 19 cm? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 118 i dopuścić Młotek neurologiczny Taylora o długości trzonka min 15 cm

W związku z powyższym Zamawiający dopuści młotek Taylora o długości trzonka do 19 cm

12) **Dotyczy części nr 11 LP. 49**

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nosze do karetki, samojezdne z oparciem i wyodrębni do osobnej części? Akceptacja umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę kontrahentów, przez co wzrośnie konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie noszy do karetki z Części 11 zamówienia.

13) **Dotyczy części nr 11 LP. 48**

Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych z regulacją wysokości realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego? Oferujemy trwałe i proste rozwiązanie zapewniające długotrwałe i bezproblemowe działanie.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stołu do transportu chorych z regulacją wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego. Zamawiający oczekuje stołu do transportu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości.

14) **Dotyczy części nr 11 LP. 48**

Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych o szerokości całkowitej 85cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i może być uznany za równoważny.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stołu do transportu chorych o szerokości całkowitej 85cm. Zamawiający oczekuje stołu do transportu chorych o szerokości całkowitej mieszczącej się w zakresie 65–75 cm.

15) **Dotyczy części nr 29 LP. 134**

Czy Zamawiający wyodrębni z pakietu ssak medyczny z wyposażeniem? Akceptacja umożliwi złożenie naszej firmie oferty korzystnej cenowo.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie Ssaka medycznego z wyposażeniem z Części 29 zamówienia.**

z up. Rektora  
KANCLERZ

  
mgr Jerzy Korniluk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Szymona Szymonowicza  
w Zamosciu  
22-400 Zamość, ul. Pereca 2  
Regon 060044114, NIP 9222736166  
- 1 -