

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

(treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, znak sprawy AI 261-03/JA/16 w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu w dniach 28 - 30 grudnia 2016 r., wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy części nr 24 LP. 121**

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z oświetleniem światłowodowym z żarówką ksenonową wmontowaną w rękojeść (żarówka 2,5V), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga dostarczenia laryngoskopu z oświetleniem standardowym lub światłowodowym z rękojeścią bateryjną typu C.

W związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia laryngoskopu z żarówką ksenonową wmontowaną w rękojeść (żarówka 2,5V), przy spełnieniu pozostałych wymagań.

**2. Dotyczy części nr 24 LP. 121**

Czy Zamawiający wymaga laryngoskopu z oświetleniem i łyżkami wielorazowego użytku?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 121 która otrzymuje następujące brzmienie (modyfikację zaznaczono kolorem żółtym):

<b>LP</b>	<b>121</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>LARYNGOSKOP WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z OŚWIETLENIEM I ŁYŻKAMI</b>		
<b>Zamawiana ilość</b>	<b>5 szt.</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Wymagany parametr</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Przeznaczenie	Do intubacji	
2.	Typ oświetlenia	Standardowe lub światłowodowe	
3.	Zasilanie	baterie	
4.	Rękojeść bateryjna - wielokrotnego użytku	TAK - TYP c	
5.	łyżka Macintosh nr 1 - wielokrotnego użytku	TAK	
6.	łyżka Macintosh nr 2 - wielokrotnego użytku	TAK	
7.	łyżka Macintosh nr 3 - wielokrotnego użytku	TAK	
8.	łyżka Macintosh nr 4 - wielokrotnego użytku	TAK	
9.	futurał w zestawie	TAK	

**W związku z powyższym zamawiający wymaga laryngoskopu z oświetleniem i łyżkami wielorazowego użytku?**

**3. Dotyczy części nr 11 LP. 49**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze do karetki, które złożone posiadają wysokość 34 cm, wysokość najazdową 58,5 cm, a wysokość do transportu pacjenta ok. 91 cm?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 49, która otrzymuje następujące brzmienie (modyfikację zaznaczono kolorem żółtym):**

LP.	Parametr	Wymagany parametr	UWAGI
1.	Przeznaczenie	Nosze do karetki	
2.	Koła jezdne skrętne	TAK	
3.	Barierki boczne	TAK	
4.	Leże pokryte tapicerką	TAK	
5.	Pasy mocujące	min. 2 szt.	
6.	Regulowane oparcie	TAK	
7.	Nośność	Min. 150 kg	
8.	Wysokość regulowana lub stała	TAK	
9..	Wymiary	Wymiary powinny mieścić się w następujących przedziałach: Wysokość stała lub po złożeniu : 40-50 30-50cm Długość: 190-200 cm Szerokość: 50-60 cm	

**W związku z powyższym informujemy, że Zamawiający dopuści dostarczenie noszy do karetki, które złożone posiadają wysokość 34 cm, wysokość najazdową 58,5 cm, a wysokość do transportu pacjenta ok. 91 cm.**

**4. Dotyczy części nr 11 LP. 49**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 49 „Nosze do karetki, samojezdne z oparciem” z części 11 i utworzenie dla niej osobnej części.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie noszy do karetki z Części 11 zamówienia.**

**5. Dotyczy Rozdział IV. 1.1a SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego faxem, a następnie w oryginale pocztą?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. 6 do SIWZ) zgodnie z art. 24 ust 11 PZP jest dokumentem składanym w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Termin 3 dniowy jest terminem ustawowym. Cytując rozdział V SIWZ pkt 4 "Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania**

**oświadczeń (z wyłączeniem oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania), wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości."**

**Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oświadczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem, nie zwalnia to natomiast Wykonawcy z obowiązku przekazania oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności w terminie ustawowym 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5.**

**6. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2 pkt c) – dotyczy części 17**

W związku z tym, że opisany w części 17 przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - nie ma wymogu posiadania certyfikatów CE oraz deklaracji zgodności. Prosimy więc Zamawiającego o modyfikację zapisu umowy w §3 ust. 2 pkt. c) w przypadku części 17 na:

„dostarczenia sprzętu wraz:

- ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi”.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zapis ten Zamawiający rozumie jako „jeżeli są wymagane”. W związku z tym jeżeli nie ma wymogu posiadania certyfikatów CE oraz żadnych deklaracji zgodności dla danego przedmiotu dostawy to Zamawiający go nie wymaga.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego zapisu umowy.

**7. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2 pkt h) – dotyczy części 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48 na 72 godziny.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48 na 72 godziny.

**8. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6 – dotyczy części 17**

Zamawiający w §5 ust. 6 wzoru umowy zapisał:

„W przypadku opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu autoryzowanemu przez producenta urządzeniu serwisowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.”

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na oferowany przedmiot zamówienia?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na oferowany przedmiot zamówienia

**9. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 – dotyczy części 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%.

**10. Dotyczy części nr 33 LP. 141**

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w materac kompatybilny z segmentami łóżka, wykonany z pianki poliuretanowej, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, bez właściwości przeciwoleżynowych?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie wraz z łóżkiem materaca bez właściwości przeciwoleżynowych.

**11. Dotyczy części nr 33 LP. 141**

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne bez kaczki i basenu?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie łóżka bez kaczki i basenu.

**12. Dotyczy części nr 35 LP. 143**

Czy Zamawiający dopuści analizator oznaczający witaminę C, wapń, mikroalbuminę zamiast kwasu askorbinowego?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza lecz zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

**13. Dotyczy części nr 35 LP. 143**

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym kalibracja następuje automatycznie po włożeniu paska do kalibracji?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza lecz zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

**14. Dotyczy części nr 35 LP. 143**

Czy Zamawiający dopuści analizator z portem RS-232 zamiast portu USB?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający oczekuje urządzenia z możliwością podłączenia do komputera za pomocą kabla USB w celu przenoszenia danych

**15. Dotyczy części nr 35 LP. 143**

Czy Zamawiający dopuści analizator z wirtualną klawiaturą?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza lecz zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

**16. Dotyczy części nr 36 LP. 144**

Czy Zamawiający dla części 36 zgodzi się, aby aparat wyposażony był, oprócz rozwiązania umożliwiającego wylanie żelu w aparacie w tacy o zdefiniowanej długości, również w urządzenie pozwalające na wylanie żeli poza aparatem? Urządzenie, jest uniwersalne i umożliwia wylanie żeli w tacach o różnej długości wchodzących w skład aparatu.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza lecz zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

**17. Dotyczy części nr 36 LP. 144**

Czy Zamawiający dla części 36 zgodzi się, aby wymagane tace, 4 o zróżnicowanych wymiarach, zaoferowane były o długościach 15x10, 15x15, 15x20 i 15x25 cm?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z aparatem min. 4 szt. o zróżnicowanych wymiarach.

W związku z powyższym Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z aparatem 4 szt. tac o wymiarach 15x10, 15x15, 15x20 i 15x25 cm

**18. Dotyczy części nr 36 LP. 144**

Czy Zamawiający dla części 36 zgodzi się, aby w skład zestawu wchodził jeden grzebień o grubości 1,5 mm, jeden o 15 zębach i jeden o 20 zębach? Sam aparat i wchodzące w jego skład tace pozwalają na elektroforezę 60 prób jednocześnie np. z opcjonalnie dostępnymi grzebieniami 30 zębowymi. Najdłuższa taca pozwala zastosowanie zestawu grzebieni pozwalających na przygotowanie żelu i elektroforezę nawet dla 120 prób jednocześnie.

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

NIE - Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z aparatem min. 2 grzebieni o zróżnicowanej grubości.

**19. Dotyczy części nr 36 LP. 144**

Czy Zamawiający dla części 36 zgodzi się, aby w skład zestawu wchodziły 2 grzebienie o tej samej grubości 1,5 mm?

**Odpowiedz i stanowisko Zamawiającego:**

NIE - Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z aparatem min. 2 grzebieni o zróżnicowanej grubości.

**20. Dotyczy części nr 36 LP. 144**

Czy Zamawiający dla części 36 wymaga, aby komora aparatu była odlewem plastikowym bez elementów klejonych?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma wymogów co do rodzaju wyżej opisanego rozwiązania. Zamawiający cytuje rozdział. I ust. 10 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza lecz zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

**21. Dotyczy części nr 36 LP. 144**

Czy Zamawiający dla części 36 wymaga, aby aparat i wchodzące w jego skład akcesoria pozwalały na elektroforezę 60 prób czy też może być zaoferowany zestaw pozwalający na elektroforezę np. 35 prób z możliwością np. doposażenia o dodatkowe grzebienie zwiększające przepustowość analizy na zaoferowanym aparacie do wymaganych 60 prób?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aby aparat i wchodzące w jego skład akcesoria umożliwiały od momentu zakupu elektroforezę min. 60 prób.

**22. Dotyczy części nr 21 LP. 107**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z bazą danych umożliwiającą zapis do 300 badań w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz dodatkowych 200 badań na karcie SD?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego zapis do min. 1000 badań (może to być min. 1000 badań zapisanych łącznie na pamięci wewnętrznej i karcie SD)

**23. Dotyczy części nr 21 LP. 107**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem o przekątnej 7 cali jednak bez możliwości sterowania za pomocą dotyku?

**Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia z min.7 calowym ekranem dotykowym



#### **24. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 7**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 7 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„7. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu wynikającego z § 5 ust. 5 umowy.”*  
?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.**

#### **25. Dotyczy wzoru umowy § 6**

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.**


#### **26. Dotyczy części nr 22 LP. 108**

Czy Zamawiający w części 22 dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora szkoleniowego posiadającego 6 scenariuszy szkoleniowych, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

#### **Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:**

**Nie- zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania defibrylatora szkoleniowego posiadającego 6 scenariuszy szkoleniowych. Zamawiający oczekuje dostarczenia defibrylatora szkoleniowego z min. 10 scenariuszami szkoleniowymi.**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Szymona Szymonowica  
w Zamościu  
22-400 Zamość, ul. Pereca 2  
Regon 060044114, NIP 9222736166  
- 1 -

z up. Rektora  
KANCLERZ  
  
mgr Jerzy Korniluk