

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

(treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, znak sprawy AI 261-03/JA/16 w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu w dniach 02 - 03 stycznia 2017 r., wpłynęły następujące zapytania:

## 1. Dotyczy części nr 17 i 18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 9 tygodni od dnia podpisania umowy w pakiecie 17 i 18?

Uzasadnienie: otrzymaliśmy potwierdzenie od producentów, że termin wyprodukowania tych produktów wynosi 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Taki jest proces produkcyjny.

### Odpowiedź i stanowisko zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż - 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (odpowiednio do wszystkich części).

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 9 tygodni (licząc dni kalendarzowe) od dnia podpisania umowy w pakiecie 17 i 18.

## 2. Dotyczy części nr 41 LP. 150

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do pracy z hodowlami bakteryjnymi o powierzchni przestrzeni roboczej 0,48 m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

### Odpowiedź i stanowisko zamawiającego:

Zamawiający oczekuje dostarczenia komory laminarnej do pracy z hodowlami bakteryjnymi o powierzchni przestrzeni roboczej min. 0,5 m<sup>2</sup>.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie komory laminarnej do pracy z hodowlami bakteryjnymi o powierzchni przestrzeni roboczej 0,48 m<sup>2</sup>