



Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji

Znak sprawy: AI 261-08/MF/15

Zamość, dn. 17.02.2014r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki - cz.5:

Część 1 zamówienia: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania dwuślimakowego;

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (*dalej: SIWZ*) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Zamawiający wyspecyfikował, iż moc silnika pompy w sekcji odgazowania powinna wynosić min. 0,3 kW oraz wydajność powinna być na poziomie min. 9m³/h przy 100mbar. Czy dopuszczalna jest zmiana na pompę o parametrach: moc 0,12 kW i wydajność 1,9m³/h i próżni końcowej rzędu 80mbar?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pierwotne zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wyspecyfikował, iż dozownik boczny powinien mieć moc min. 0,3kW, a prędkość obrotowa jego ślimaków powinna wynosić min. do 600obr./min. Czy ze względu architekturę cylindra wytłaczarki dopuszczalny jest dozownik boczny o mocy 0,25kW i obrotach ślimaków do 291 obr./min?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pierwotne zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w „projekcie umowy w § 5 w punkt 1, 2, 3 Kary umowne” - górnego limitu kar do wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pierwotne zapisy SIWZ bez zmian.