



Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji

Znak sprawy: **AI 261-03/MF/14**

Zamość, dn. 18.03.2014r.

## **TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dot. postępowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz  
Laboratorium Mechaniki:  
Część 7 zamówienia: dostawa urządzenia do natryskiwania „zimnym gazem”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907,984 i 1047) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

### **Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do zamówienia na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowicza w Zamościu, znak: AI-261-03/MF/14 Część 7: dostawa urządzenia do natryskiwania „zimnym gazem” dla potrzeb wyposażania Sekcji spajalnictwa i inżynierii powierzchni proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia tzn. czy Zamawiający nie wymaga kontrolera/pozycjonera głowicy dokonującej natrysku? Ręczna obsługa tej głowicy jest raczej niemożliwa.

### **Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga kontrolera/pozycjonera głowicy dokonującej natrysku.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.