



Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji

Znak sprawy: **AI 261-08/MF/14**

Zamość, dn. 01.12.2014r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki - cz.4:

Część 2 zamówienia: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania dwuślimakowego;

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do toczącego się przetargu na „Dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki” – Część 2, chciałbym prosić o potwierdzenie informacji, że wszystkie media (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze oraz odprowadzenie ścieków) będą zainstalowane w odległości nie większej niż 5 m od docelowego miejsca instalacji wytłaczarki, wchodzącej w skład wyposażenia linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania dwuślimakowego.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, wszystkie media (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze oraz odprowadzenie ścieków) będą zainstalowane w odległości nie większej niż 5 m od docelowego miejsca instalacji wytłaczarki.