



Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji

Znak sprawy: **AI 261-12/MF/2013**

Zamość, dn. 20.01.2014r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dot. postępowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Sekcji Przyrodniczych Podstaw Energetyki:
część 1 zamówienia: dostawa automatycznego nadciśnieniowego systemu do ekstrakcji do fazy stałej SPE
oraz automatycznego systemu szybkiej ekstrakcji próbek stałych i półstałych*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907,984 i 1047) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za ważną ofertę, jeśli zaoferowany zostanie automatyczny system szybkiej ekstrakcji próbek stałych i półstałych, zapewniający możliwość prowadzenia ekstrakcji w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 200 °C, wyposażony w moduł do szybkiego zatężenia ekstraktów, zapewniający z kolei termostatowanie próbek w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 100 °C.

Stanowisko Zamawiający:

Zamawiający dopuszcza możliwość , aby aparat zapewnił możliwość prowadzenia ekstrakcji w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 200 °C, oraz posiadał moduł do szybkiego zatężenia ekstraktów, zapewniający termostatowanie próbek w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 100°C.